

Република Србија
Дом здравља „Др Никола Цамић“
ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН 5
Број: 1969-2016
Дана: 11.08.2016.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног електронским путем дана 08.08.2016.год., Наручиоцу-Дом здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања, за јавну набавку добара – санитарски и лабораторијски, ЈН 5, Комисија за јавну набавку објављује питања и одговоре:

Питање:

1.појашњење за партију 23 – Материјал за лабораторију: 1. Ставке 8 и 9 описане су као “Микро епрувете са инкорпорираним левком са EDTA односно са серум гелом”. Молимо Вас да у складу са чланом 71 ЗЈН и у циљу обезбеђења веће конкуренције међу понуђачима омогућите да се за ове ставке понуде функционално одговарајуће микро епрувете са додатним левком који олакшава узorkовање капиларне крви, односно микро епрувете са EDTA и додатним левком и микро епрувете са серум гелом и додатним левком?

2. CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standard H1-A5 налаже да производи који чине комплет за узorkовање венске крви буду од истог произвођача обзиром да производи различитих произвођача могу узроквати стварање хемолIZE због које се пацијенту не могу одрадити све тражене анализе, затим превремени губитак вакуума у епрувети због чега се добија недovolјна количина узorkа крви и неправилан однос крви и антикоагуланта (у епрувети) који негативно утиче на квалитет добијених резултата и појаву немogućности да се игла чврсто зашрафи за holder, те њеног „испаданја“ из holdера и на крају потребе да се пацијенту изврши поновно узorkовање крви. Како у конкурсној документацији није наведено, молимо да дефинишете ли је потребно да понуђени производи за узorkовање венске крви буду од истог произвођача?

Одговор:

1.За Партију 23, ставке 8 и 9 понуђачи могу доставити понуде за микроепрувете са EDTA и додатним левком и микроепрувете са серум гелом и додатним левком.

2.Потребно је да производи за узorkовање венске крви буду од истог произвођача у складу са CLSI.

Након ових појашњења Наручилац неће мењати конкурсну документацију, већ ће у поступку стручне оцене понуда бити обавезан да се придржава датог објашњења

Комисија за јавне набавке