



Број: 3084-2019

Датум: 13.09.2019.год.

Комисија за јавну набавку ЈН 6

Питање и оговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште дана 09.07.2019.год., за јавну набавку мале вредности – Набавка медицинске опреме, Наручиоца Дом здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања, Комисија за јавну набавку ЈН 6 објављује питања и одговоре:

Питање:

Poštovani,

Molim Vas da odgovorite na pitanje vezano za JN 6.

Za partiju br 1 defibrilator zahtevate pod stavkom 4 :“Ugrađeno dugme za punjenje i pražnjenje na papučicama, svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa.

Da li je prihvatljivo ponuditi aparat bez svetlosnog indikatora kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa s'obzirom da se radi o aparatu namenjenom za upotrebu u hitnoj službi koji će da koriste profesionalno osposobljena lica urgentne medicine kojima je ista nepotrebna?

Smatramo da ovom stavkom favorizujete samo jednog proizvođača defibrilatora/ponuđača tj. da je ova karakteristika neophodna u procesu reanimacije defibrilatorom ugrađivali bi je u svoje aparate i ostali proizvođači defibrilatora.

Одговор наручиоца гласи:

Наручилац прихвата примедбу Понуђача и наведени услов из техничке спецификације биће избрисан.

Комисија за јавну набавку ЈН 6