



Број: 3091-2019

Датум: 13.09.2019.год.

Комисија за јавну набавку ЈН 6

Питање и оговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште дана 09.07.2019.год., за јавну набавку мале вредности – Набавка медицинске опреме, Наручиоца Дом здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања, Комисија за јавну набавку ЈН 6 објављује питања и одговоре:

Питање:

Za partiju 1-Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju

U tehničkoj specifikaciji ste naveli da tražite indikator kontakta kvaliteta sa kožom u tri ili više nivou, obzirom da se radi o profesionalnom uređaju koji koriste obučeni i stručni profesionalci uz kontaktni gel, indikator kvaliteta kontakta padli sa kožom je nepotreban. Dodatno, samo jedan ponudjac na trzistu može da ponudi defibrilator navedenih tehničkih karakteristika i time se narušava mogućnost konkurentnosti, koji je osnova javne nabavke.

Molimo vas da obrisete taj zahtev i time omogućite da ostali ponudjaci dostave svoje ponude.

Одговор наручиоца гласи:

Наручилац прихвата примедбу Понуђача и наведени услов из техничке спецификације биће избрисан.

Комисија за јавну набавку ЈН 6